

Identification du dispositif : **Axtair XXL**

Description du dispositif : Support à air motorisé

Références du dispositif :

- **VAXT/XXL-120** - Axtair XXL120
- **VAXT/XXL-140** – Axtair XXL140
-

Fabriquant :

ASKLESANTE groupe WINNCARE
200 rue Charles Tellier - Actiparc de Grézan
30 034 Nîmes– France

Les essais suivants ont été réalisés et les résultats consignés sur les rapports d'essais référencés :

- **R412-18-105373-1A Ed.1** relatif aux essais de compatibilité électromagnétique selon la norme EN 60601-1-2 :2015
- **RL12102076-01-A, 200706-3876S-R1-E et L031588-DE/1** relatifs aux essais de sécurité selon les prescriptions de la norme EN 60601-1: 2007 Ed.3 ainsi que des normes collatérales EN 60601-1-8 + CEI60601-1-11 : 2009 + EN 60601-1-6 et 60601-1-9
- **M367140660, M367140661, M367140662, M367140029, M367140030, M367140031, M367130915, M367130916, M367130917, M367130918, P131570 DE/1 et P141594 DE/1** relatifs aux essais de caractérisation des matériaux
- **367150380, 367150381, 367140349 et 367140350** relatifs aux essais de comportement au feu
- **DEV 16 064** relatif à l'analyse du cycle de vie

Nîmes, le 28/03/2019
Responsable du service qualité ASKLE SANTE

